

Am I Pregnant™

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. **¿Cómo funciona la prueba?**

Am I Pregnant™ (¿Estoy Embarazada?) detecta el hCG (Chorionoc Gonadotropina humana), una hormona en la orina una vez que quede embarazada. Un resultado positivo indica que se ha detectado el hCG.

2. **¿Qué hago si la prueba es positiva?**

Significa que el hCG se ha encontrado en su orina. Puede asumir que está embarazada y que debe ver a su doctor. Se recomienda que haga prueba de nuevo en tres días para confirmar.

3. **¿Qué hago si la prueba es negativa?**

Significa que la hormona hCG no ha sido detectado y probablemente no está embarazada. Si no comienza a menstruar en el plazo de una semana, haga una prueba de nuevo con otro Am I Pregnant™ (¿Estoy Embarazada?). Si la prueba todavía está negativa, debe ver a su doctor.

4. **¿Qué hago si la prueba es inválida?**

Operación incorrecta o la expiración del palillo de la prueba son las más frecuente causas de un resultado inválido. En caso de un resultado inválido, se recomienda que repite la prueba usando un nuevo palillo y una muestra de orina fresca.

5. **¿Tengo que probar por la mañana?**

Generalmente, la primera orina de la mañana contiene un alto nivel del hCG. Si realiza la prueba antes de su período menstrual previsto, se recomienda que utilice la primera orina de la mañana. Si no, puedes probar a cualquier momento del día. Tomando líquido excesivo antes de la prueba podría diluir el hCG en su orina y causar un resultado inexacto.

6. **¿Qué si la prueba se permite funcionar por más de 5 minutos?**

Un resultado positivo no cambiará salvo que el fondo puede conseguir más oscuro. Un resultado negativo puede demostrar una vanda débil en área T. Pero, esto no es un resultado positivo. No interprete un resultado después de 10 minutos.

7. **¿Cómo exacto es el Prueba de Embarazo Am I Pregnant™ (¿Estoy Embarazada?)**

En estudios con consumidores en laboratorios y clínicos, esta prueba ha demostrado para estar sobre el 99% exacto* cuando utilizado a partir del primer día previsto de menstruación.

8. **¿Pueden medicinas afectar al resultado?**

Solamente las medicinas que contienen el hCG pueden dar un resultado falso. Drogas que contienen HCG incluyen: A.P.L., Pregnyl, Follutein y Profasi. Las terapias de la hormona (tales como Clomid, Serophene o Pergonal), los calmantes, o la pildora anticonceptiva no deben afectar al resultado de la prueba.

Tomando alcohol no afectará al resultado de la prueba.

9. **¿Puedo conseguir un resultado falso o engañoso?**

Si usted sigue el procedimiento incorrectamente, usted puede obtener resultados falsos. Cierto condiciones medico raros tambien pueden causar un resultado falso. Si consigue en varias ocasiones resultados inesperados, debe hablar con su doctor.

10. **¿ Cuando puedo utilizar la prueba Am I Pregnant™ (¿Estoy Embarazada?)**

Esta prueba puede detectar la hormona del embarazo hCG en su orina desde 4 días previsto de menstruación así como cualquier día después de eso. Si prueba antes dle previsto menstruación y resulta negativa, todavía hay posibilidad que este embarazada.

11. **Tengo una menstruación irregular. ¿Cómo conozco si estoy probando en el momento apropiado?**

Debe probar basado en su ciclo más largo estos últimos meses. Si no está seguro cuando se espera su menstruación sugerimos el probar en menos 19 días a partir del día que piensa que se quedaba embarazada. Si todavía lee la negativa debe reexaminar en 3 días porque pudo haber probado demasiado temprano.

12. **¿Qué si mojé la ventana del resultado con orina?**

Si la ventana y el área de la reacción debajo son a fondo mojadas por la orina, debe substitsique siendo seca, limpie la orina con papel de tejido. Siga las instrucciones de la prueba. Si una vanda púrpura no aparece en la área C en 5 minutos, la prueba debe ser anulada. Sin embargo, si consigue una vanda en la ventana de control, puede confiar en sus resultados.

* el 99% exacto en la detección de niveles de hormona típicos del embarazo. Sin embargo, algunas mujeres embarazadas pueden notener cantidades perceptibles de hormona del embarazo en su orina en el primer día de menstruación faltada o pudieron haber calculado mal el primer día de su menstruación.

No utilice una prueba que sea más allá de su día de la expiración. La prueba no es reutilizable. No utilice si se dañó la bolsa de la hoja. Almacene en un lugar seco 36-86 °F (2-30°C). No congele. Solamente para el uso diagnóstico in vitro. No para el uso interno. Subsistencia fuera del alcance de niños. Disponga correctamente del uso posterior.

Distribuido cerca: AC&C Distribution, LLC
Mount Laurel, NJ 08054

